

各 介護保険事業所等管理者 様

福祉用具の重大製品事故について

詳細については、下記ホームページによりご確認ください。

>【2012年2月3日消費者庁公表分】

>○事故発生日：平成23年12月17日

>○事故報告日：平成23年12月27日

>○製品名：介護用リフト

>○被害状況：火災

>○事故内容：当該製品の充電を行うため、充電プラグと充

>電器を接続したところ、当該製品から出火する火災が発生し、

>当該製品を焼損した。

>事故原因は、現在、調査中であるが、充電プラグの配線の固

>定が不十分であったため、充電プラグを接続する際に不安定

>な状態の配線に負担がかかり断線し、出火に至ったものと考えられる。

>○発生場所神奈川県

>○備考：1月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故

>であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの

>1月16日からリコールを実施（特記事項を参照）

経済産業省 製品安全ガイド)

>【2012年2月3日公表分】

>http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou120203_1.pdf

>○7ページ目（2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって製品起因が

>疑われる事故：A201100755）

また、これまでに消費者庁及び製品評価技術基盤機構から公表された

>福祉用具に関する事故情報が、厚生労働省の関係団体である

>日本福祉用具・生活支援用具協会において公開されています。

>関係団体や介護サービス事業者等に周知いただき、

>福祉用具の適切な使用と事故の防止にご活用下さい。

>

>日本福祉用具・生活支援用具協会 (JASPA)

><http://www.jaspa.gr.jp/accident/index.html>