

## 仕 様 書

- 1 品名及び数量 超低温フリーザー 一式  
内訳 (本体) 超低温フリーザー 1台  
(附属品) 補助冷却装置、貯蔵ラック
- 2 納入場所 香川県東部家畜保健衛生所 (木田郡三木町大字池戸 3196 番地)  
2階 低温保管庫室 (病性鑑定材料保管庫)
- 3 納入期限  
令和 6 年 9 月 30 日 (月) までに設置を完了し、県担当者の立会いのもと納品検査を受けること。
- 4 仕様
  - 1) 本体
    - ・常時-80℃以下を維持できること。
    - ・冷媒は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に定めるフロン類を使用していないこと。
    - ・内容量 700L 以上 800L 以下であること。
    - ・アップライト型 (縦型) であること。
    - ・外寸法 (突起物含む) は幅 1,200 mm 以下、奥行 1,100mm 以下、高さ 2,000mm 以下であること。
    - ・温度の記録を残すことができること。
    - ・既設の 100V 電源で稼働できること。
    - ・定格消費電力が 500W 以下であること。
    - ・内扉により各棚が独立して開閉可能であること。
    - ・施錠可能であること。
  - 2) 附属品
    - ・補助冷却装置
    - ・貯蔵ラック : 貯蔵ボックス (2ml、81 本) の保管に適したメーカー純正品の貯蔵ラック (金属製) であること。  
超低温冷凍庫の全容積を満たすことができる個数を附属すること。
  - 3) その他
    - ・超低温フリーザーと同時入札するバイオメディカルフリーザー 4 台及び薬用冷蔵ショーケース 2 台と同時搬入すること。
    - ・本体及び附属品は新品を納入すること。
    - ・本体及び附属品を指定の納入場所に適切に設置すること。
    - ・本体の設置に必要な電気工事等を含むこと。その他、本体の納入、設置、接続及び調整に係る

- 一切の費用・部品代を含むこと。
- ・納入時に取扱説明を実施すること。
- ・メーカー保証期間を 5 年間とし、この間における通常の使用による故障や設計・制作上の不具合に関しては、納入者の責任において補修すること。
- ・修理、メンテナンスを行う代理店等が県内に存在し、維持補修の際は当日中に納入場所に到達できること。
- ・見積書に明細書を添付すること。
- ・現有する超低温フリーザー（三洋電機 MDF-U73V）の下取もしくは適正な処理を行うこと。

## 5 その他

本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じた場合には、その都度担当職員と協議すること。

担当：香川県東部家畜保健衛生所 中津、上村 電話 087(898)1121