

営業所名		点検年月日	
(記入方法) 原則として営業所を管理する者が、定期的(年2回程度)に、下記の事項について点検を行い、必要事項を記録する。 適正な状態である場合は○印を、改善を要する状態である場合には×印を付ける。該当しない項目は斜線とする。 ×印を付けた項目は、その内容を備考欄に記録し、改善確認をした場合は、それぞれの確認年月日を記入する。		点検者(管理者)氏名	
点検項目			
管理者	① 営業所の従業者を監督しているか。		
	② その他営業所の業務につき必要な注意をしているか。		
※特定管理医療機器を販売しない営業所については、管理者の設置は不要			
営業者	① 法第10条に定める変更届は遅滞なく行っているか。		
	② 特定管理医療機器を販売・貸与等することを実地に管理させるために営業所ごとに法令で定められた基準に該当する者を置いているか。		
	③ 特定管理医療機器営業所管理者の意見の尊重をしているか。		
営業所*	① 採光、照明及び換気が適切であり、かつ清潔にしているか。		
	② 営業所は常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されているか。		
	③ 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有しているか。		
医療機器の取扱い	① 不良医療機器を貯蔵、陳列、販売・貸与等していないか。		
	② 不正表示医療機器を貯蔵、陳列、販売・貸与等していないか。		
	③ 医療機器について虚偽又は誇大な広告等をしていないか。		
	④ 承認又は認証を受けていない医療機器について、性能等に関する広告をしていないか。		
	⑤ 医療機器の適正な使用及び危害を防止するために必要な情報提供等を行っているか。		
販売・貸与等について	① 営業者は、営業所の管理に関する事項について記録するための帳簿を備え、6年間保存しているか。		
	② 適切な方法により、医療機器に被包の損傷その他の瑕疵がないことの確認その他の医療機器の品質の確保を行っているか。		
	③ 医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供することについて広告を行う場合には、当該広告に必要な事項を表示しているか。		
	④ 営業者が自ら販売・貸与等した医療機器の品質について苦情があった場合には従事者(特定管理医療機器販売業者等の場合は、管理者)に苦情の原因を究明させ、当該営業所の品質確保の方法に改善が必要な場合には、所要の措置を講じさせているか。		
	⑤ 営業者が自ら販売・貸与等した医療機器を、自らの陳列、貯蔵に起因する品質等の理由により回収を行う場合には、従事者(特定管理医療機器販売業者等の場合は、管理者)に回収に至った原因を究明させ、品質確保の方法に改善が必要な場合には、所要の措置を講じさせているか。		
	⑥ 営業者が自ら販売・貸与等した医療機器を、自らの陳列、貯蔵等に起因する品質等の理由により回収を行った場合には、回収した医療機器を区分し一定期間保管した後、適切に処理しているか。		
	⑦ 特定管理医療機器販売業者等は、管理者に厚生労働大臣に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させるよう努めているか。		
	⑧ 営業者は営業所の従業員に対し、取り扱う医療機器の販売・貸与等に係る情報提供及び品質の確保に関する教育訓練を実施しているか。		
	⑨ 使用された医療機器(いわゆる中古品)を他に販売・貸与等しようとする時は、あらかじめ当該医療機器の製造販売業者に通知しているか。		
	⑩ 使用された医療機器の品質確保その他当該医療機器の販売・貸与等に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示があった場合は、それを遵守しているか。		
	⑪ 営業者が販売・貸与等した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によると思われる疾病、障害、死亡及び、当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合に、保健衛生上の危害の発生、拡大を防止する必要があると認めるときは、当該医療機器の製造販売業者等へその旨を通知しているか。		
	⑫ 営業者は、医療機器の譲受け及び譲渡に関する記録をつけ、保存するよう努めているか。		
	⑬ 特定医療機器に関する記録の作成保存の事務が円滑に行われるよう、特定医療機器を取り扱う医師その他医療関係者に対する説明その他の必要な協力を行っているか。		

*: 医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、薬局等構造設備規則第4条の適用外。

設置管理医療機器について(取扱いがある場合)

設置管理医療機器の設置管理	① 設置管理医療機器の設置を自ら行う際、設置管理基準書に基づき、適切な方法により設置に係る管理を行っているか。		
	② 設置管理医療機器の設置を委託する際、設置に係る管理に関する報告についての条項を含む委託契約を行い、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書を受託者に交付しているか。		
	③ 設置管理医療機器の設置に係る管理の業務を行うために必要な専門的知識及び経験を有する者に、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書に基づき適正な方法により設置に係る管理業務を行わせているか。		
	④ 設置管理医療機器の設置を行う者に対し、必要に応じ、設置管理医療機器の品目に応じた設置に係る管理に関する教育訓練を実施しているか。		
	⑤ 設置管理医療機器を販売等又は貸与するときは、設置管理基準書を交付しているか。		
	⑥ 設置管理基準書を交付する際、受託者等の了解を得て、当該設置管理基準書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する際、受託者等がファイルの記録を出力することによる文書を作成することができるものであるか。		
	⑦ 設置管理基準書を交付する際、受託者等の了解を得て、当該設置管理基準書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する際、あらかじめ受託者等に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得ているか。		
	⑧ 設置管理基準書を交付する際、受託者等より、当該設置管理基準書に記載すべき事項を電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったにもかかわらず、当該受託者等に対し、設置管理基準書に記載すべき事項を電磁的方法によって提供していないか。		
	⑨ 設置管理基準書を交付したとき、その記録をつけ、15年間保存しているか。		

(備考)

--